

茂隆骨科醫院

自費特材及自付差額特材說明書暨同意書

【基本資料】

病患姓名：_____ 出生日期：_____ 病歷號：_____

自費項目使用原因：

病患係以全民健康保險身份就醫，現因醫療需要，經醫師詳細說明並已充分了解後，自願使用未納入全民健康保險給付範圍或其適應症不符健保使用規定之項目，由病患或立同意書人負擔支付自費全部金額（詳如下表）。

自費特材不是醫療絕對必要，如不使用自費特材，仍可使用其他有健保給付的方法或特材治療。

特材品項名稱	鎖骨鉤桿骨板系統
產品特性與使用原因	1. 鎖骨專用骨板，是結合亞洲解剖型的 3D 曲率，可以在身體的承載力下達到最適合的支撐力，提供更好的穩定性。 2. 特殊造型骨板可將脫位鎖骨拉回原位。
適應症	鎖骨外側骨折或脫位。
應注意事項	不可與不同材質內植物混用。材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金。ASTM F136 認證。
副作用	異物感。
與健保給付品項療效比較	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除。
品項代碼	FBZ003129013。
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 003129 號。
廠牌	愛派司。
健保給付單價(新台幣)	0 元整。
保險對象負擔費用	40000 元整。
使用數量	1 組。

自費特材與健保已給付特材優缺點比較

自費特材	健保已給付特材
優點： 1. 骨板內固定，可達到加壓與鎖定兩種功能，提供更好的穩定性與固定效果，大幅改善固定能力。 2. 材質為鈦金屬骨板厚度較薄骨釘尺寸較小較適合細小骨折，對肌肉韌帶刺激最小，手術後功能恢復較佳。 3. 依臨床需要採取角度穩定或是動力加壓的治療效果更符合人體適應性。 缺點： 健保無給付此費用。	優點： 健保有給付。 缺點： 健保骨材容易導致骨頭更加碎裂且穩定性不佳。螺釘與骨板之間無法緊鎖，使骨折部位無法穩定的固定。

使用自費特材不是成功癒合的保證，但是可以大幅降低失敗率；一般而言，骨頭癒合的時間至少約需四個月，但因為影響骨折的因素除了本身的年齡、營養、體質、活動等，其他影響因素還包括：

1. 相關的疾病：如：糖尿病、骨質疏鬆等。
2. 骨折局部情形：如果骨折受傷嚴重度、骨折處血液供應較差，則癒合也會較差；粉碎性或開放性骨折，癒合較慢；若是感染則不易癒合。
3. 手術復位後病患本身配合度不佳，或提早負重，則癒合也會較差。
4. 抽煙會使骨頭不癒合機會提高50%以上，喝酒也易使癒合較差。

附註：

- 一、上述自費特殊材料品項為『衛生福利部中央健康保險署』已受理並審核通過尚未納入給付之特殊材料，須自行負擔特材費用。
- 二、立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。
- 三、若病患本人為未成年者，須由法定代理人代簽。

病患及家屬皆能充分了解上述內容，並同意接受此手術治療使用自費特材。

此致茂隆骨科醫院

病患姓名：_____ 身分證字號：_____

立同意書人：_____ 電話：_____

與病患之關係：_____ 身分證字號：_____

住 址：_____ 縣 _____ 鄉區 _____ 村 _____ 路 _____
_____ 市 _____ 鎮市 _____ 里 _____ 街 _____ 段
_____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日